

Międzyrzecz, 29.01.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa zestawu biofeedback EEG z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nr. 2 w Międzyrzeczu (WRG.041.1.19.2016)

Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące pytania do zapytania ofertowego:

Pytanie:

„W związku z postępowaniem na zakup aparatu do EEG Biofeedback i zastosowaniem przez Państwa zapisów jednoznacznie wskazujących rozwiązanie jakie chcą Państwo zakupić co ogranicza konkurencyjność w składaniu ofert, zwracam się z pytaniem czy dopuszczają Państwo aparat EEG Biofeedback o następujących parametrach:

- Głowica 2 kanałowa do EEG Biofeedback
- Okablowanie do EEG Biofeedback
- Wózek do EEG Biofeedback
- Komputer kompatybilny z systemem
- Monitor LCD 24”
- Drukarka laserowa
- Pakiet gier 3D
- Oprogramowanie kliniczne z bazą danych
- Zestaw akcesoriów: 4 elektrody miseczkowe, para elektrod usznych oraz pasta przewodząca”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na zbyt małą precyzyjność opisu zaproponowanego rozwiązania i przesłania do Zamawiającego ulotki informacyjnej w języku angielskim, co nie jest dozwolone w opisie przedmiotu zamówienia (Zamawiający żądał instrukcji w języku polskim), Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie zweryfikować parametrów technicznych zaproponowanego urządzenia. Zaproponowany aparat musi spełniać minimalne wymagania techniczne opisane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający ponadto informuje, że z uwagi na specyfikę projektu, zajęcia z wykorzystaniem aparatu będą odbywały się w różnych pomieszczeniach szkoły - Zamawiający dopuszcza jedynie komputer przenośny w postaci laptopa.

Zgodnie z pkt. III. 15. zapytania ofertowego „**dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu.**

W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia”.



Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający ponadto informuje, iż dokonał zmiany w opisie przedmiotów zamówienia w następującym zakresie:

Było:

Ponadto w ramach zaproponowanej ceny wykonawca dokona szkolenie pracownika szkoły z obsługi zamówionego sprzętu wraz ze szkoleniem metodologicznym uzupełniającym I ° z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback.

Winno być:

Ponadto w ramach zaproponowanej ceny wykonawca dokona szkolenie pracownika szkoły z obsługi zamówionego sprzętu wraz ze szkoleniem metodologicznym I ° z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback.

Szkolenie dydaktyczne, przygotowujące uczestnika do prowadzenia terapii metodą EEG-Biofeedback, składające się z części teoretycznej i praktycznej obejmujące m. in. zagadnienia z zakresu podstaw EEG , aspektów teoretycznych metody Biofeedback, zasad prowadzenia pacjenta. Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom/certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu treningów Biofeedback i uprawniający do samodzielnego prowadzenia terapii.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

GMINA MIĘDZYRZECZ
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
NIP 596-000-65-53, REGON 210966846

KIEROWNIK WYDZIAŁU

inż. Katarzyna Szadkowska